

Số: 102 /BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các linh kiện, vật tư tiêu hao thay thế cho hệ thống cấp và xử lý nước R.O với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3.847.452.

Email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Các bảng báo giá phải có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của công ty.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07/8/2025

6. Thư mời báo giá được đăng tải lên Website:

<http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn>; <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:

1. Danh mục (Đính kèm danh mục báo giá)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản:

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

- Yêu cầu bảo hành: Được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Yêu cầu về thời gian giao hàng: Hàng hóa được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng (không).

- Thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày, sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, các chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV (VBĐT);
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC



Lê Quang Lệnh

Công ty
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các linh kiện, vật tư tiêu hao thay thế cho hệ thống cấp và xử lý nước R.O như sau:

1. Danh mục báo giá

Stt	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn giá	Thành tiền
1	Màng R.O 250 lít	Màng lọc R.O 4040: Chủng loại: Thấp áp Áp suất làm việc max: 250 psi pH làm sạch: 1,0 – 12,0 Vật liệu màng lọc R.O: lớp mỏng nhựa tổng hợp Polyamide. Lưu lượng nước lọc định mức: 7.2 m3/ngày Khả năng tách muối: 99.5%. Kích thước lõi lọc: 99 x 1.016 mm Diện tích màng: 7,9 m2 Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7. Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. Tương thích với hệ thống R.O hiện có tại Bệnh viện Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.(Tối thiểu 6 tháng)	Cái	02				
2	Đèn UV diệt khuẩn	Chiều dài: 840 mm (33.2 inches) Công suất: 39W Đặc tính: có 4 chấu và 1 đầu	Bộ	02				

	nước UV -39W.	Kết nối: Combo - 1/2” MNPT / 3/8” FNPT Trọng lượng: 1.8 kg (4 lbs) Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) Nhiệt độ làm việc: 2-40°C (36-104°F) Vòng đời: 9000 giờ (1 năm) Bộ nguồn 39 W – 220V Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7. Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. Tương thích với hệ thống R.O hiện có tại Bệnh viện Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. (Tối thiểu 6 tháng)						
3	Đèn UV diệt khuẩn nước UV -17 W	Chiều dài: 330 mm Công suất: 17W Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) Nhiệt độ làm việc: 2-40°C (36-104°F) Vòng đời: 9000 giờ (1 năm) Tương thích với hệ thống RO hiện có Bộ nguồn 20 W – 220V Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7 Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. Tương thích với hệ thống R.O hiện có Bảo hành 06 tháng	Bộ	01				
4	Ruột lọc thô	Cát, đá, sỏi lọc các chất cặn bẩn Sỏi: 8 -16 mm Sỏi vừa: 3- 5 mm Cát: 0.8 – 1.5 mm Cát : 0.7 – 1.2 mm Xuất xứ: Châu Á Tương thích với hệ thống R.O hiện có	Bộ	01				

5	Ruột lọc Cacbon	Khử mùi (Than hoạt tính) lọc khử Clo tồn dư trong nước Chỉ số: GAC Giá trị hấp thụ Clo $\geq$ mg/g: 923,8 Độ cứng (%): 98 Tỷ trọng làm đầy mg/cm³: 480±30 Độ ẩm $\leq$: %2.8 Giá trị PH: 9-10 Kích thước hạt (lưới): 8X16 Xuất xứ: Châu Á Tương thích với hệ thống R.O hiện có	Bộ	02				
6	Ruột lọc làm mềm	Khử độ cứng(Cation) với tác dụng loại bỏ các Ion Mg²⁺, Ca²⁺... có trong nước. Thông số kỹ thuật: form Na⁺ form H⁺ Tổng công suất trao đổi, tối thiểu. eq/l: form Na⁺ 2.0, form H⁺ 1.8 Dưới dạng CaCO₃ kgr/ft³: form Na⁺ 43,7 , form H⁺ 39,3 Phạm vi phân bố kích thước hạt: 0,3 mm - 1,2 mm Độ axit pH: 7,0 - 9,5 Tính chất vật lý và hóa học điển hình: Form Na⁺ Form H⁺ Mật độ hạt g/ml :1,28 - 1,22 Hàm lượng nước (%) form Na 44- 48, form H⁺ 50- 56 Trọng lượng vận chuyển (g/l) form Na 820, form H⁺ 780 Xuất xứ: Châu Âu, Châu Mỹ, G7 Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. Tương thích với hệ thống R.O hiện có	Bộ	01				

7	Ruột lọc tinh vi sinh 0.2 μm	Ruột lọc tinh 0,2 micron ứng dụng Lọc vi khuẩn. Công đoạn sau đèn cực tím trong Hệ thống xử lý nước tinh khiết. Chất liệu: PP (polypropylene) , PES (polyethersulfone), PTFE (polytetrafluoroetylen) • Nhiệt độ: < 80°C ở 2 bar • Xếp hạng loại bỏ: 0,2 μm • Tùy chọn đặc biệt: 2 lớp vật liệu lọc > 0,1 μm (loại bỏ) • Đường kính trong (ID): 28-30mm • Đường kính ngoài (OD): 68mm Nhiệt độ khử trùng: 121 °C trong nửa giờ. Xuất xứ: Châu Á Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. Tương thích với vỏ lọc Inox 3 lõi lọc hiện có của hệ thống R.O đang sử dụng của Bệnh viện	cái	06				
8	Ruột lọc tinh 5 μm	- Lõi lọc nước tinh PP 20 inch có khe hở kích thước 5 micron, có tác dụng lọc chặn các chất cặn, vi khuẩn có kích thước > 5 μm. • Chất liệu: PP (polypropylen) • Áp suất: 3,1 bar ở 25°C, 1,6 bar ở 60°C • Định mức loại bỏ: 5 μm • Đường kính trong (ID): 28-30mm • Đường kính ngoài (OD): 63mm • Chiều dài: Dài 20 inch • Đầu bịt: DOE, O-ring 222, 226 • Vòng O - ring: Silicone, EPDM, Buna N, Santoprene, Viton và Teflon. Xuất xứ: Châu Á Đạt một trong các tiêu chuẩn FDA/CE/ISO. Tương thích với vỏ lọc Inox 3 lõi lọc hiện có của hệ thống R.O đang sử dụng của Bệnh viện	cái	06				

2. Dịch vụ đi kèm lắp đặt linh kiện và kiểm nghiệm hoàn thành

- Lắp đặt các linh kiện vào hệ thống, Khử khuẩn toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt bằng nhiệt 121 °C trong 30 phút. Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.

- Kiểm nghiệm hệ thống sau khi thay thế linh kiện lần đầu, kết quả xét nghiệm nước R.O tại phòng máy thận nhân tạo phải đạt theo quy định của Quyết định số 2482/QĐ – BYT ngày 13/04/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo (*Kết quả hóa sinh, Endotoxin và vi sinh*)

3. Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

5. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)