

Số: 1233 /BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì các máy chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Điện thoại: 0258.3.847.452.

Email: vanthubvnh@gmail.com; bvdckvnh.syt@khanhhoa.gov.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; bvdckvnh.syt@khanhhoa.gov.vn

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng năm 2024 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo giá

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

Danh mục thiết bị cần bảo trì (2 lần/ 1Năm/1 máy)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Bảo trì máy chạy thận nhân tạo Fresenius Medical care 4008 S	1. Bảo trì và hiệu chỉnh lại các thông số của máy bị sai lệch Theo đúng quy định của nhà sản xuất: <ul style="list-style-type: none">Kiểm tra ngoại quanKiểm tra biện pháp phòng ngừaKiểm tra tổng quátKiểm tra màng lọc nướcKiểm tra áp suất chuyển mạch	02	Máy	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa	365

		<p>của PSW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra thông số bù nhiệt độ/ độ dẫn điện - Kiểm tra thủy lực tất cả áp lực phải được kiểm tra bằng dụng cụ đo áp lực không bị ướt - Kiểm tra hệ thống siêu lọc và bơm màng - Kiểm tra các thành phần tuần hoàn ngoài cơ thể - Kiểm tra các thông số chức năng điều trị - Kiểm tra đo lường kỹ thuật - Kiểm tra an toàn điện Theo tiêu chuẩn (DIN) EN 62353:2008, IEC 62353:2007 - Kiểm tra chức năng <p>2. Việc khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện vệ sinh bên trong và bên ngoài thiết bị tại các đầu kết nối. - Sửa chữa, cân chỉnh lại các thông số bị sai lệch nếu có. - Cuối cùng, theo dõi máy tới khi hoạt động ổn định (tẩy trùng máy, sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân). - Lập biên bản kỹ thuật xác nhận sau khi bảo trì. <p>3. Vật tư kèm theo: 02 Bộ kit M382111/ 02 máy Fresenius /1 lần/1 năm. Thay vào đợt bảo trì</p>				
2	Bảo trì máy thận nhân tạo Braun Dialog+	<p>1. Bảo trì máy thận nhân tạo Braun Dialog+:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh máy . - Kiểm tra cân chỉnh các sensor, thông số hoạt động của máy. - Phát hiện, dự báo những bộ phận hư hỏng. <p>2. Vật tư kèm theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ kit bảo dưỡng máy thận 3451893H (Maintenance kit)/máy / 1 lần/ 1 năm. Thay vào đợt bảo trì đầu năm. - Bộ kit bảo dưỡng van hút dịch tẩy khuẩn 3451898B (repair kit disinfection valve)/máy / 1 lần/ 1 năm. Thay vào đợt bảo trì đầu năm. 	2	Máy	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa	365
3	Công việc khác	<p>1. Khi những sự cố đột xuất xảy ra, trước tiên qua điện thoại, bên thực hiện bảo trì sẽ tư vấn và hướng dẫn người sử dụng máy của</p>	12	Tháng	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh	365

		<p>Bệnh viện những thao tác cơ bản để xử lý sự cố.</p> <p>2. Nếu cần thiết phải có mặt để xử lý sự cố tại chỗ, kỹ sư bảo trì bên thực hiện bảo trì sẽ có mặt tại địa điểm của Bệnh viện Ninh Hòa trong vòng 72 giờ (tính theo ngày làm việc). Đảm bảo sự cố được xử lý trong thời gian sớm nhất.</p> <p>3. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng cần phải thay thế linh kiện, bên thực hiện bảo trì sẽ tiến hành giám định hỏng hóc, lập biên bản giám định và báo giá linh kiện thay thế cho Bệnh viện. Bệnh viện tùy vào quyết định của mình, mua để tiến hành thay thế, sửa chữa</p>			Hòa	
--	--	---	--	--	-----	--

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV (VBĐT);
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Lệnh