

Số: 639 /BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 21 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế thông thường với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Điện thoại: 0258.3.847.452.

Email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/7/2024

6. Thư mời báo giá được đăng tải lên Website Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (<http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn>)

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục (Đính kèm danh mục báo giá)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản:

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

- Yêu cầu bảo hành: Được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Yêu cầu về thời gian giao hàng: Hàng hóa được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng (không).

- Thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày, sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, các chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Lệnh

Công ty
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá cho các vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế thông thường và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Dây garo	Dây garo có khóa nhựa Công dụng: Dùng trong lấy máu Xuất xứ: Châu Á	Cái	237					
2	Điện cực bệnh nhân P.Plate Maj – 897	Dùng trong phẫu thuật nội soi Tiếp xúc với bệnh nhân để dẫn dòng điện cắt đốt về máy. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485	Cái	20					
3	Khoan xương điện có đầu tháo rời	- Máy khoan được sử dụng trong khoa chấn thương chỉnh hình. Đây là thiết bị dùng để đưa đinh Kirschner loại có đường kính từ 1- 4mm vào xương. Nó được trang bị một thanh dẫn hướng cấu tạo kiểu kính thiên văn có thể được khử trùng. - Hoạt động bằng pin và cũng được trang bị một thiết bị báo hiệu trạng thái sạc pin. Cung cấp cùng các thiết bị: 01 pin và 05 ống dẫn hướng - Hướng dẫn bằng ống định hướng với khả năng tháo rời và khử trùng Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 Xuất xứ: G7	Cái	01					

4	Màng lọc DAICEFF (máy thận nhân tạo)	Chất liệu: Fresenius Polysulfone®. Kết nối với máy thận Hệ thống khóa DIAFIX™. Tương thích với máy chạy thận Fresenius 4008. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 Xuất xứ: G7	Cái	04					
5	Bóng đèn cực tím 0,9m	Hình dạng đèn tip 0.9 m Loại UV cực tím Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	02					
6	Huyết áp người lớn	Bộ sản phẩm bao gồm: Đồng hồ - Bộ van huyết áp - Bao quần, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 -300mmHg. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485 Xuất xứ G7	Bộ	13					
7	Kẹp sản khoa thẳng hình tim 25 cm	Kích thước: 25cm. Chất liệu: thép không rỉ. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485	Cái	10					
8	Bộ dây (cáp) điện tim máy FX-8100	Tương thích với máy điện tim Hãng sản xuất: Fukuda. Model: FX-8100 Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ ISO 13485	Bộ	01					
9	Bộ điện cực máy điện tim chi: 04 cái	Bộ điện cực chỉ cho máy điện tim, có 2 cỡ chui cắm 2.5mm và 3.5mm ở 2 bên. là bộ điện cực kẹp đa năng, tương thích với các dòng máy đo điện tim 3 kênh, máy điện tim 6 kênh Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO	Bộ	01					
10	Huyết áp trung	Bộ sản phẩm bao gồm: Đồng hồ - Bộ van huyết áp - Bao quần, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 - 300mmHg. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Bộ	05					
11	Ống nghe tim phổi	- Có 2 mặt nghe, gồm chuông nghe và đĩa nghe, nghe được các âm thanh có tần số thấp, trung bình, cao. - Có dây nghe bằng cao su y tế chuyên dụng, có khả năng truyền âm tốt - Có tai nghe làm bằng nhựa cao su mềm mại có kích thước phù hợp với tai - Có cần tai nghe bằng hợp kim không rỉ dùng trong y tế Chiều dài dây nghe: 52 - 60cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	15					

12	Pin máy bơm tiêm điện TE-331 Terumo	Pin xác tương thích với máy bơm tiêm điện TE-331 Terumo Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
13	Pin máy điện tim 3 cần FX-8100	Pin xác tương thích với máy điện tim 3 cần FX-8100 Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
14	Hệ thống khay ngâm dung dịch tiệt khuẩn CiDex	Chất liệu Inox. Kích thước: dài: 50,3cm, rộng: 18,6 cm; cao: 13,2 cm; dung tích: 8,1 lít Xuất xứ: Châu Á	Cái	01					
15	Kelly cong cỡ 16cm	Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương, làm bằng công nghệ thép inox không gỉ, Dùng trong y tế. Kích thước dài 16cm. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	10					
16	Kềm kẹp kim 20cm	Dùng để giữ, cố định kim khi thực hiện khâu sau khi phẫu thuật dài 20 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	15					
17	Kéo khuỷu 18 cm (cắt may tầng sinh môn)	Kéo hình khuỷu 18 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	10					
18	Kẹp mạch máu thẳng không máu 16cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để gấp dị vật trong phẫu thuật làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	10					
19	Pen sát khuẩn đầu vọt 25 cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để gấp gạc đắp vết thương làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 25 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	20					
20	Phẫu tích có máu 16 cm	Dùng trong y tế với chức năng dùng để gấp dị vật trong phẫu thuật làm bằng công nghệ thép inox không gỉ. Dài 16 cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	20					
21	Ấm nhiệt kế	Bằng thép không gỉ, kính bảo vệ, chữ số lớn dễ đọc, đường kính: 127mm, đơn vị: độ C/ % RH, nhiệt độ: từ -20 độ C đến 100 độ C, độ ẩm: từ 0% RH đến 100% RH Độ chính xác nhiệt độ: ± 1 độ C (10 - 30 độ C), ± 2 độ C (khác) Độ chính xác độ ẩm: $\pm 5\%$ RH (40% - 75% RH), $\pm 7\%$ RH (25 - 40% RH), $\pm 9\%$ RH (khác) Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					

22	Kềm kẹp kim 20 cm	Dùng để giữ, cố định kim khi thực hiện khâu sau khi phẫu thuật dài 20 cm. Đạt tiêu chuẩn: CE Xuất xứ G7.	Cái	05					
23	Cây truyền dịch	Chiều cao (điều chỉnh được): 1.4 - 2 m Trụ inox ϕ 25.4 x 1.0 m Chân inox hộp 30 x 60 mm 04 bánh xe nhựa ϕ 50 mm có khóa Inox 305 Xuất xứ: Châu Á	Cái	06					
24	Babyhaler	Buồng đệm (Buồng hít) hay còn gọi là Babyhaler: là dụng cụ hỗ trợ để sử dụng với ống thuốc dạng xịt hít cũng như làm tăng hiệu quả và giải phóng áp lực của dụng cụ đo liều thuốc hít (pMDI), Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
25	Bóng đèn vàng da	Hình dạng đèn tip Dùng cho đèn chiếu vàng da y tế kích thước dài 60cm Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	22					
26	Sensor SPO2 sơ sinh máy 340	Có kẹp đo buộc dây dùng cho trẻ sơ sinh. Tương thích với máy đo SpO2 Model 340. Hãng sản xuất: Medaid.-Mỹ Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
27	Bộ điện cực ngực: 06 cái	Điện cực ngực máy điện tim Tương thích với nhiều chuẩn cấp điện tim. Núm cao su chất lượng tốt, có thể dùng nhiều lần mà không bị nứt. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Bộ	02					
28	Huyết áp nhi:	Bộ sản phẩm bao gồm: đồng hồ - bộ van huyết áp - bao quần, bao da và hộp đựng. Dải đo từ 0 -300mmHg. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Bộ	02					
29	Đồng hồ oxy	Cổng kết nối bình Oxy: Chuẩn CGA540/0.903-14 NGO-RH-INT, Áp suất hoạt động: 15MPa/150bar/2,250psi, tốc độ lưu lượng: 1-15 lít/phút, dung tích bình tạo ẩm: 200ml, kim van bằng thép không gỉ. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					

30	Nhiệt kế thủy ngân	Chất liệu: thủy tinh, đựng trong hộp nhựa, có thanh và vạch chia rõ ràng, dải đo: từ 35 độ C đến 42 độ C Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	76					
31	Sensor SPO2 người lớn (máy Palm care hãng Bionics)	Có kẹp đo. Tương thích với máy đo SpO2 (máy Palm care hãng Bionics) Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
32	Xe tiêm 3 tầng	- Xe đẩy tiêm inox 3 tầng cỡ 50 x 80cm. Chất liệu bằng inox SUS201 không từ tính, bóng sáng. Kích thước (dài x rộng x cao): 800 x 500 x 850 mm - Được thiết kế với 3 tầng để dụng cụ - Khung được làm bằng inox tròn $\phi 25\text{mm}$ - Mặt khay tiêm bằng inox tấm dày 0.8 mm được chấn gấp bằng máy thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. - 4 bánh xe cao su đường kính 75 mm, trong đó 2 bánh có khóa Xuất xứ: Châu Á	Cái	05					
33	Đai kéo cột sống cổ	Sử dụng cho máy kéo dẫn cột sống. Được cấu tạo chính từ inox và các chi tiết liên kết. Sản phẩm chắc chắn và bền. Xuất xứ: Châu Á	Cái	01					
34	Đai kéo cột sống thắt lưng	Sử dụng cho máy kéo dẫn cột sống. Được cấu tạo chính từ inox và các chi tiết liên kết. Sản phẩm chắc chắn và bền. Xuất xứ: Châu Á	Cái	01					
35	Đèn hồng ngoại chân cao	Công suất: 250w, điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m, đuôi đèn ceramic E27 Xuất xứ: Châu Á	Cái	02					
36	Tấm bọc điện cực máy điện phân	Tấm bọc điện cực cao su chì, tấm lót điện cực, bọc điện cực cao su, tấm lót điện cực cho máy điện xung, kích thước 8cm x 12cm. Chất liệu thấm nước nhanh Xuất xứ: Châu Á	Cái	10					
37	Ăng cây thẳng	Chất liệu kim loại Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cây	10					
38	Bình cầu 500 ml	Chất liệu thủy tinh trong suốt, cổ cao, dung tích 500ml Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	05					

39	Bình nền thủy tinh CO2	Chất liệu thủy tinh nắp đậy Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
40	Đèn cồn	Ứng dụng: đun nóng ống nghiệm, đốt hóa chất, xúc tác nhiệt phản ứng. Chất liệu thủy tinh trong. Có nắp đậy	Cái	03					
41	Ống chuẩn MCFarland 0.5	Ống chuẩn MCFarland 0.5 cung cấp chất lượng ánh sáng để so với kích thước của tế bào vi sinh vật với đơn vị tạo khuẩn lạc 1.5×10^8 (CFU/ml) Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					
42	Ống pachencop có chia vạch 0-100	Dùng đo tốc độ lắng máu. Thủy tinh chia vạch từ 0-100 ml Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Ống	10					
43	Que cấy	Chất liệu: tay cầm bằng gỗ, thân bằng kim loại, đầu có nút chặn để gắn que cấy. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	02					
44	Thước đo chuyên dùng đường kính vòng vô khuẩn kháng sinh	Chất liệu: vật liệu nhựa sợi carbon Pin: 1,5V Màn hình hiển thị: LCD Độ chính xác: +/- 0.02mm Độ dài: 0 – 150mm Độ phân giải: 0,1mm Xuất xứ: Châu Á	Cái	01					
45	Kềm sinh thiết để nội soi làm xét nghiệm Clo-test.	Kềm sinh thiết ngàm cá sấu, ngàm chuột dùng một lần, tương thích với ống nội soi GIF-Q150, máy nội soi Olympus CV-150 Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	05					
46	Kềm gấp dị vật nội soi tiêu hóa.	Kềm sinh thiết sử dụng 1 lần, dùng trong thủ thuật nội soi can thiệp dạ dày/ đại tràng, gấp dị vật, ngàm chuột, ngàm cá sấu. - Chất liệu thép không gỉ, tương thích với ống nội soi GIF-Q150, máy nội soi Olympus CV-150. - Đường kính thân kèm: ≥ 1.8 mm/ 2.3mm. - Chiều dài làm việc: ≥ 1600 mm/ 2000 mm. - Không vỏ. - Lấy mô theo dạng dây kéo thép. - Đầu kèm sinh thiết có chức năng xoay theo hướng mô. Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	01					

47	Nút đẩy kênh thủ thuật dây nội soi.	Van sinh thiết tương thích với ống nội soi GIF-Q150, máy nội soi Olympus CV-150 Đạt tiêu chuẩn CE Xuất xứ: Châu Á hoặc G7	Cái	05					
48	Bóng đèn Halogen	Bóng đèn Halogen cho nguồn sáng nội soi (150W). Tương thích máy nội soi Olympus CV-150 Đạt một trong các tiêu chuẩn CE/ISO 13485	Cái	02					
Tổng cộng: 48 khoản									

Giá trên đã bao gồm VAT và các chi phí khác nếu có.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm....[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)